

Hkt (EDTA-Blut)

Einheit: %

Stand: 20.03.2023

Methode

Sysmex-Automat, Kumulative Pulshöhensumm., XN-Serie
Sysmex-Automat, Kumulative Pulshöhensumme, XN-Serie

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
	3 Tag	44-66 %
	14 Tag	41-64 %
	30 Tag	31-54 %
	2 Monat	28-44 %
	3 Monat	28-40 %
	6 Monat	29-40 %
	12 Monat	32-40 %
	2 Jahr	32-40 %
	4 Jahr	32-42 %
	6 Jahr	32-42 %
	12 Jahr	34-44 %
M	15 Jahr	36-48 %
F	15 Jahr	36-45 %
M	18 Jahr	38-49 %
F	18 Jahr	36-45 %
M	50 Jahr	40-50 %
F	50 Jahr	36-45 %
M	65 Jahr	40-50 %
F	65 Jahr	36-46 %
M		37-49 %
F		35-46 %

Referenzwerte ohne Geschlechtsangabe sind nicht für jedes Alter verfügbar

Material

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (24/7)