

**Thrombozyten (EDTA-Blut)**

Stand: 20.03.2023

Einheit:  $10^9/l$ **Methode**

Sysmex-Automat, Zählung elektrischer Impulse, XN-Serie

**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

| <b>Geschlecht</b> | <b>max. Alter</b> | <b>Bereich</b>   |
|-------------------|-------------------|------------------|
| M                 | 5 Jahr            | 217-497 $10^9/l$ |
| F                 | 5 Jahr            | 229-553 $10^9/l$ |
| M                 | 10 Jahr           | 181-521 $10^9/l$ |
| F                 | 10 Jahr           | 184-488 $10^9/l$ |
| M                 | 15 Jahr           | 156-408 $10^9/l$ |
| F                 | 15 Jahr           | 154-442 $10^9/l$ |
| M                 |                   | 140-400 $10^9/l$ |
| F                 |                   | 140-400 $10^9/l$ |

Referenzwerte ohne Geschlechtsangabe sind nicht verfügbar

**Material**

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

**Bearbeitung**

täglich (24/7)