

Erythrozyten (Urinsediment)

Stand: 20.03.2023

Einheit: 1/ μ l**Methode**

Flow Zytometrie, UF-5000

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
M		< 14 1/ μ l
F		< 23 1/ μ l
		Referenzwerte ohne Geschlechtsangabe sind nicht verfügbar
		< 23 1/ μ l (UF-5000)

Material

Urin Monovette, 10 ml, gelb

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (24/7)