

Neutrophile (% , Diff.)

Einheit: %

Stand: 20.03.2023

Methode

Sysmex-Automat, Flowcytometrie, XN-Serie

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
	1 Tag	32-74 %
	3 Tag	29-66 %
	7 Tag	26-62 %
	14 Tag	22-62 %
	2 Monat	17-57 %
	6 Monat	17-60 %
	12 Monat	19-63 %
	2 Jahr	22-63 %
	4 Jahr	25-68 %
	6 Jahr	28-71 %
	12 Jahr	33-74 %
	15 Jahr	36-77 %
	18 Jahr	39-77 %
		42-77 %

Material

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3551	20 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 1.17 Euro
EBM	32121	0.60 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)