

Basophile (%, Diff.)

Einheit: %

Stand: 01.01.0001

Methode

Sysmex-Automat, Zählung elektrischer Impulse, XN-Serie

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
	1 Tag	0-2.2 %
	3 Tag	0-2 %
	7 Tag	0-1.8 %
	14 Tag	0-1.8 %
	30 Tag	0-1.5 %
	2 Monat	0-1.5 %
	3 Monat	0-1.5 %
	6 Monat	0-1.5 %
	12 Monat	0-1.5 %
	2 Jahr	0-1.5 %
	4 Jahr	0-1.5 %
	6 Jahr	0-1.8 %
	12 Jahr	0-1.8 %
	15 Jahr	0-1.8 %
	18 Jahr	0-1.8 %
		0-1.8 % (Normwert: Alter > 18 Jahre)
		Referenzwerte ohne Altersangabe sind nicht verfügbar

Material

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (24/7)