

**pH (Teststreifen)**

Stand: 20.03.2023

---

**Methode**

Teststreifen, UC-1000, [Teststreifen\\_UC-10S\\_PI\\_1706\\_de.pdf](#)  
Teststreifen, UC-3500

---

**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

<b>Geschlecht</b>	<b>max. Alter</b>	<b>Bereich</b>
		4.5-7.5 (UC-1000)
		4.5-7.5 (UC-3500)

---

**Material**

Urin Monovette, 10 ml, gelb

---

**Beschreibung**

Ein alkalischer pH Wert (> 7) kann durch Alkalosen, vegetarische Ernährung, Harnwegsinfekte mit Urease-positiven Bakterien oder durch Medikamente verursacht werden.

Ein saurer pH-Wert (< 5) kann durch metabolische und respiratorische Azidosen verursacht werden.

---

**Indikation**

Beurteilung des Harnsteinrisikos, Säure-Basen-Haushalt bei Azidose und Alkalose

---

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

---

**Bearbeitung**

täglich (24/7)