

**Thrombozyten (EDTA-Blut)**

Stand: 20.03.2023

Einheit:  $10^9/l$ **Methode**

Sysmex-Automat, Zählung elektrischer Impulse, XN-Serie

**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

<b>Geschlecht</b>	<b>max. Alter</b>	<b>Bereich</b>
M	5 Jahr	217-497 $10^9/l$
F	5 Jahr	229-553 $10^9/l$
M	10 Jahr	181-521 $10^9/l$
F	10 Jahr	184-488 $10^9/l$
M	15 Jahr	156-408 $10^9/l$
F	15 Jahr	154-442 $10^9/l$
M		140-400 $10^9/l$
F		140-400 $10^9/l$

Referenzwerte ohne Geschlechtsangabe sind nicht verfügbar

**Material**

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

**Bearbeitung**

täglich (24/7)